



Mrągowo, dnia 25.05.2021r.

NZ-1/21

### Uczestnicy postępowania

Dotyczy zamówienia pn.: „**Zakup i dostawa ambulansu z wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej dla Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o. o.**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania:

1. Zadanie nr 2 : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu o następujących parametrach:

- Kombinezon chroniący przed czynnikami biologicznymi
- Wykonany z opatentowanego materiału TYVEC
- Gramatura ~ 41 g/m<sup>2</sup>
- Zapinany na zamek błyskawiczny wykończony patką
- Kaptur trzyczęściowy
- Brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką
- Gumka funkcyjna w pasie
- Kolor biały, pakowany indywidualnie
- Oznakowany znakiem CE Środek ochrony indywidualnej, kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem Produkt spełnia wymagania norm:

o EN 1073-2:2002 – Odzież chroniąca przed radioaktywnymi cząstkami stałymi - Klasa 2

o EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi – Typ 5

o EN 13034:2005 + A1:2009 - Odzież o ograniczonej skuteczności ochrony przed ciekłymi chemikaliami – Typ 6

o EN 1149-5:2008 – Odzież ochronna rozładowująca elektryczność statyczną z rezystancją powierzchniową w wysokości  $\leq 2,5 \times 10^9 \Omega$  na zewnętrznej i wewnętrznej stronie ubrania o EN 14126:2003 – Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi (typ 5B i 6B), wymagania dotyczące odporności na przenikanie czynników infekcyjnych:

☑ odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego (test syntetycznej krwi, metoda badania zgodnie z ISO 16603/ISO 16604) – klasa 3 (maksymalnie 6)

☑ odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażoną cieczę (metoda badania zgodnie z ISO 22610) – klasa 1 (maksymalnie 6)

☑ odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli (metoda badania zgodnie z ISO 22611) – klasa 1 (maksymalnie 3)

☑ odporność na przenikanie skażonych cząstek stałych (metoda badania zgodnie z ISO 22612) – klasa 1 (maksymalnie 3)

#### **Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

2. Dotyczy wzoru umowy Zadanie nr 2: Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

#### **Odp. Zapisy Projektu Umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.**

3. Dotyczy wzoru umowy Zadanie nr 2: Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej



wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

**Odp. Zapisy Projektu Umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.**

4. Dotyczy wzoru umowy Zadanie nr 2: Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą. „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..” Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odp. Zapisy Projektu Umowy pozostają bez zmian.**

5. Dotyczy wzoru umowy Zadanie nr 2: W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 7 w taki sposób aby kary umowne były naliczane za „zwłokę” a nie „opóźnienie” jak to zostało sformułowane.

**Odp. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 7 ust. 1 na następujący: „Kara umowna za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy będzie naliczona w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia zwłoki licząc od wartości zamówienia, nie więcej niż 15% ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy”.**

6. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby transporter noszy wyposażony był w system automatycznego składania/rozkładania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych z wciskaniem przycisków czy zwalnianiem dźwigni i blokad podwozia, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

7. Czy Zamawiający dopuści nosze wraz z transporterem niespełniające wszystkich wymagań aktualnych norm PN EN 1789 i PN EN 1865?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

8. Czy zamawiający dopuści skrzynie automatyczną z możliwością sekwencyjną zmianą biegów, gdyż nie występuje przy DMC powyżej 3,88 tony z napędem na 4 koła, skrzynia biegów manualna.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

9. Dotyczy pulsoksymetr: Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr z wyświetlaczem 1,77” TFT 65000 kolorów, rozdzielczość 128x160 pixeli pracujący w temperaturze nawet -20 st. - + 50 st. C przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

10. Nosze główne: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze reanimacyjne z automatycznym systemem składania uruchamianym dźwignią, dzięki czemu operator zawsze ma kontrolę nad procesem załadunku?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

11. Nosze główne: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze reanimacyjne wyposażone w 4 kółka skrętne z blokadą do jazdy na wprost?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

12. Nosze główne: W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy oczekuje aby dostarczone nosze posiadały kółka o średnicy przynajmniej 170mm?



**Odp. Zamawiający nie określił wymagań w tym zakresie.**

13. Ssak medyczny: Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 5, 3kg (łącznie z wielorazowym pojemnikiem na treść) przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

14. Dotyczy ssaka medycznego: Czy Zamawiający dopuści ssak o precyzyjnej regulacji siły ssania za pomocą dedykowanych przycisków: -0,1 bar, -0,2 bar, -0,5 bar i -0,8 bar o większej wydajności niż wskazana przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

15. Prosimy o sprecyzowanie wymaganego koloru nadwozia. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdu żółtego zgodnego z normą tj. RAL 1016, czy dopuści jakikolwiek kolor określany potocznie jako „żółty”?

**Odp. W zakresie koloru żółtego Zamawiający nie wymaga, ale preferuje lakier RAL1016.**

16. Prosimy o rezygnację z wymogu aby ściany boczne przedziału medycznego były przystosowane do zamocowania foteli. Fotele są montowane do podłogi i/lub zabudowy nadkola. Ściany są jak najbardziej przystosowane do mocowania wyposażenia medycznego.

**Odp. Zamawiający potwierdza rezygnację z wymogu aby ściany boczne przedziału medycznego były przystosowane do zamocowania foteli.**

17. Prosimy o dopuszczenie pojazdu z napędem na przednie koła.

**Odp. Pojazd ma być z napędem 4x4.**

18. Czy zamawiający dopuści skrzynie automatyczną z możliwością sekwencyjną zmianą biegów, gdyż nie występuje przy DMC powyżej 3,88 tony z napędem na 4 koła, skrzynia biegów manualna.

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.**

19. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga pojemności silnika powyżej 2l.

**Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.**

20. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga długości przedziału medycznego min. 320 cm.

**Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.**

21. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów tylko sprzętu medycznego, natomiast za przeglądy okresowe samochodu bazowego oraz adaptacji Zamawiający będzie każdorazowo płacił z własnych środków po Wykonaniu usługi. (Pakiety serwisowe nie będą wliczone w cenę oferty oraz nie podniosą jej wartości).

**Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.**

22. Prosimy o dopuszczenie ambulansu tylko z jednym termowentylatorem.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

23. Prosimy o dopuszczenie belki typu LED oraz lampy tylnej w technologii LED - technologia stroboskopowa bądź wyładowcza jest przestarzała.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

24. Prosimy ze względu na posiadaną homologację o dopuszczenie w miejsce "wysuwną szafę przy lewej ścianie z demontowanymi pojemnikami na środki medyczne o wysokości min. 145 cm", 8 pojemników typu FAMi schowanych za roletę w przedniej części przedziału medycznego.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

25. Prosimy o dopuszczenie termoboxu o pojemności 3 l - zamiast o wymiarach: "urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych o wymiarach: wys. 25cm., szer. 20cm., dł. 40cm."

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

26. Prosimy o dopuszczenie fotela nie na ścianie działowej, a u wezgiłowia noszy z f. przesuwu wyposażonego w trzy punktowy pas.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

27. Prosimy o dopuszczenie foteli o tapicerce granatowo szarej.



**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

28. Prosimy o podanie czy w ambulansie będzie przewożona drukarka laserowa czy drukarka HP 100, aby przygotować odpowiedni uchwyt.

**Odp. Drukarka laserowa.**

29. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „fabrycznie nowego ambulansu” rozumie także pojazdy z tzw. „przebiegiem technicznym” – jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania/przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

**Odp. Zamawiający informuje, że pod pojęciem fabrycznie nowego ambulansu rozumie nowy samochód z przebiegiem technicznym max. do 500 km.**

30. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przez wymóg zapewnienia przez Wykonawcę serwisu pogwarancyjnego, Zamawiający rozumie wskazanie (określenie) przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

31. Proszę o zmianę rozdziału X pkt II ppkt 3.1. SWZ poprzez wykreślenie z niego zapisu znajdującego się w lit. a., dotyczącego konieczności załączenia do oferty świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego, gdyż nie wszyscy Wykonawcy na dzień składania oferty będą dysponować kompletnym i zabudowanym ambulansem, a tym samym nie będą posiadać wymaganego powyżej świadectwa homologacji. W związku z powyższym zapis ten narusza zasady uczciwej konkurencji, gdyż zawęży grono potencjalnych Wykonawców, jedynie do podmiotów, którzy posiadają zabudowane i odpowiadające wymaganiom Zamawiającego ambulansy w dniu złożenia oferty. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy także o odpowiednią modyfikację pkt 5.8. ogłoszenia o zamówieniu.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

32. Proszę o potwierdzenie, że przez pojęcie „poświadczenie autentyczności” Zamawiający rozumie potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem.

**Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.**

33. Proszę o potwierdzenie, że w przypadku gdy folder, prospekt, opis produktu itp. nie będzie potwierdzał wszystkich parametrów wymaganych i określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia wymogów określonych w OPZ. Należy wskazać, że foldery, prospekty czy karty katalogowe to dokumenty przygotowane przez producenta sprzętu medycznego, których treść nie musi być tożsama z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiającego. Niewykluczone bowiem, że dany katalog czy folder nie będzie zawierał wszystkich parametrów wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy także o odpowiednią modyfikację pkt 5.8. ogłoszenia o zamówieniu.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

34. Proszę o wykreślenie dokumentów wymienionych w rozdziale X pkt II ppkt 3.1. lit. d. SWZ. Zamawiający wskazał w tym punkcie, że Wykonawca powinien załączyć do oferty m.in. folder, prospekt, materiały informacyjne, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych, zgodnie z opisem SWZ. Jednakże o dokumentach potwierdzających parametry techniczne (opisach, folderach), Zamawiający wspominał już we wcześniejszym punkcie SWZ, tj. w rozdziale X pkt II ppkt 3.1. lit. c. W naszej ocenie dokumenty wymienione w lit. c i d. ww. rozdziału SWZ są tożsame i nie ma potrzeby określania ich w dwóch odrębnych punktach SWZ. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy także o odpowiednią modyfikację pkt 5.8. ogłoszenia o zamówieniu.

**Odp. Zapisy pozostają bez zmian. Zamawiający wskazuje, że zapisy Rozdziału X pkt II ppkt 3.1. lit. c) dotyczą wyposażenia/sprzętu medycznego, natomiast ppkt 3.1.d) przypisać należy pozostałej części opisu przedmiotu zamówienia jakim jest ambulans.**



35. Proszę o wskazanie jakiego konkretnie wyposażenia, sprzętu medycznego, produktu mają dotyczyć opisy, foldery, prospekty, materiały informacyjne, karty techniczne, o których mowa w rozdziale X pkt II ppkt 3.1. lit. c., a także lit. d. (w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie). Zamawiający powinien precyzyjnie określić w SWZ, jakich dokumentów będzie żądał od Wykonawcy, tym bardziej że nie przewiduje w niniejszym postępowaniu uzupełniania dokumentów przedmiotowych.

**Odp. Zamawiający w zapisach SWZ określił jakich dokumentów przedmiotowych wymaga w zakresie poszczególnych Zadań. Dokumenty w zakresie Zadania nr 1 mają dotyczyć parametrów technicznych ambulansu (lit. d) oraz sprzętu/wyposażenia medycznego (lit. c) opisanego w Załączniku nr 1 i wskazanego w tabeli zamieszczonej w Formularzu ofertowym.**

36. Proszę o zmianę rozdziału XX pkt 1 lit. b SWZ poprzez wykreślenie fragmentu: „z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia negocjacji”. Zgodnie z informacją znajdującą się we wstępie do SWZ, w rozdziale III pkt 1 SWZ oraz pkt 2.16 ogłoszenia o zamówieniu niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 PZP, czyli bez przeprowadzenia negocjacji.

**Odp. Zamawiający wykreśla fragment zapisu rozdziału XX pkt 1 lit. b SWZ „oraz z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia negocjacji”, któremu nadaje brzmienie „Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, pod warunkiem, że oferta ta nie podlega odrzuceniu”.**

37. Proszę o potwierdzenie, że *wszelka wymagana dokumentacja pojazdu niezbędna do jego rejestracji*, o której mowa w §2 ust.1 wzoru umowy oraz *inne dokumenty pozwalające na rejestrację pojazdu jako pojazdu specjalnego sanitarnego*, o których mowa w §2 ust. 4 lit. g. wzoru umowy nie obejmują faktury, która jest wystawiana w ciągu kilku dni roboczych po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Pragniemy podkreślić, że podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez strony protokołów zdawczo-odbiorczy, który potwierdza należyte wykonanie zamówienia. Nie ma zatem możliwości wystawienia faktury przed dostawą ambulansu i dostarczenia jej razem z ambulansem i pozostałymi dokumentami, wymienionymi w §2.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że faktura VAT zostanie doręczona Zamawiającemu po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w §2 projektu umowy.**

38. Proszę o zrezygnowanie z konieczności przedkładania przez Wykonawcę razem z dostawą ambulansu, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu celnego stwierdzającego zwolnienie ambulansu z akcyzy, o którym mowa w §2 ust. 4 lit. a wzoru umowy. Nie ma potrzeby przedstawiania przez Wykonawcę powyższego zaświadczenia, gdyż ambulanse drogowe typu B i C są ustawowo zwolnione z akcyzy, zgodnie z art. 110a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

**Odp. Zapisy art. 110a ust. 2a ustawy o podatku akcyzowym stanowią: „W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy”.**

39. Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słów „opóźnienie” zawartych w §7 ust. 1 projektu umowy określeniem „zwłoka”. Obecne brzmienie pozwoli naliczać Zamawiającemu kary umowne nawet w okolicznościach niezawinionych przez Wykonawcę. Nadmienić należy że nowa ustawa p.z.p., która weszła w życie w styczniu 2021 r. zalicza postanowienie naliczania kar umownych za opóźnienie do niedozwolonych klauzul umownych. W związku z tym zastosowane przez Zamawiającego rozwiązanie jako sprzeczne z ustawą jest nieważne z mocy prawa.

**Odp. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 7 ust. 1 na następujący: „Kara umowna za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy będzie naliczona w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia zwłoki licząc od wartości zamówienia, nie więcej niż 15% ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy”.**

40. Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę:

1) §7 ust. 1 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2 % do 0,1%;



2) §7 ust. 2 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%.

**Odp. Zapisy Projektu Umowy w powyższym zakresie pozostają bez zmian.**

41. W związku z treścią § 10 ust. 2 wzoru umowy, proszę o potwierdzenie i dodanie do treści wskazanego § postanowienia wskazującego, że Wykonawca będzie ponosił w okresie gwarancji koszty usuwania tylko tych wad i awarii powstałych z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Należy wskazać, że Wykonawca nie powinien być obciążany kosztami napraw awarii nie objętych gwarancją, np. powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.**

42. Prosimy o potwierdzenie, że przez gwarancję „pełną”, o której mowa w rozdziale IV pkt. 13 SWZ Zamawiający rozumie gwarancję obejmującą wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.

**Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.**

43. W §7 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający posługuje się pojęciem „Wykonawca”, tymczasem w pozostałych postanowieniach wzoru umowy mowa jest o „Dostawcy”. Prosimy o ujednoclenie w powyższym zakresie wzoru umowy.

**Odp. Zamawiający dokona zmiany pojęcia „Wykonawca” na „Dostawca”.**

44. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §8 i wskazanie, że zakazane jest dokonywanie cesji bez zgody Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający informuje, że § 8 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie: „Strony ustalają, że Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę”.**

45. Proszę o odwołanie się w treści §13 projektu umowy do właściwego numeru publikatora dla ustawy Kodeks cywilny. Właściwym numerem jest Dz.U z 2020, poz. 1740.

**Odp. Zamawiający dokona odpowiedniej aktualizacji.**

46. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

**Odp. Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania do SWZ są wiążące z chwilą ich ogłoszenia na stronie prowadzonego postępowania i zostaną wprowadzone do Umowy zawartej z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.**

47. Proszę o zmianę §10 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Szczegółowe warunki gwarancji na przedmiot umowy określone zostały w dokumentach gwarancyjnych producentów auta bazowego, zabudowy oraz sprzętu medycznego.

**Odp. Zamawiający może zgodzić się na powyższe tylko pod warunkiem, że warunki o których mowa będą co najmniej takie jakich wymaga Zamawiający w zapisach SWZ i nie będą sprzeczne z ofertą, na podstawie której zawierana będzie Umowa.**

48. Proszę o dostosowanie treści rozdziału X pkt II ppkt 3.1. lit. b SWZ do treści załącznika nr 1 – Formularz Parametrów wymaganych, poprzez zrezygnowanie z wymogu dołączania do oferty deklaracji i certyfikatów potwierdzających zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normami PN EN 1789+A2:2015 i PN EN 1865-1. Zgodnie z treścią załącznika nr 1, certyfikat należy przedłożyć dopiero przy dostawie przedmiotu zamówienia, co pozostaje w sprzeczności z treścią SWZ, w którym wskazano, że powyższe dokumenty należy przedłożyć wraz z ofertą.

**Odp. Zamawiający dokonuje ujednoclenia zapisów SWZ z Załącznikiem nr 1 poprzez wykreślenie w Załączniku nr 1 zdania „Certyfikat dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia”.**

49. Zamawiający w załączniku 1A do SIWZ wskazał: „Koszty przeglądów gwarancyjnych związanych z wymianą części i materiałów zużywalnych - jeśli obciążają użytkownika. \* - dotyczy pojazdu bazowego nadwozia i zabudowy przedziału medycznego – podać szacunkowy koszt”. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do utrzymania stałości cen wskazanych w tabeli.



**Odp. Zamawiający wskazał, że należy podać szacunkowy koszt. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w czasie.**

50. Proszę o zmianę tabeli znajdującej się w pkt 1 załącznika nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy poprzez usunięcie wiersza 2. „Sprzęt i aparatura”. W wierszu tym wstawiono znak „X” w kolumnie „Nr katalogowy”, „Ilość”, i „Wartość brutto w zł”, ale w kolumnie „Cena jednostkowa brutto w zł” pozostawiono puste miejsce, co czyni tabelę nieczytelną i budzi wątpliwości, bowiem Wykonawca nie ma pewności, czy należy to miejsce wypełnić czy nie. Ponadto prosimy o zrezygnowanie z konieczności wpisywania w tabeli nr katalogowych, gdyż uprości to i przyspieszy przygotowanie oferty. Ponadto, niektóre pozycje tabeli nie posiadają numerów katalogowych. Poniżej proponowana treść tabeli:

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Cena jednostkowa brutto w zł	Wartość brutto w zł
A	B	D	E	F
				D*E
1.	Ambulans sanitarny z zabudową medyczną	1		
2.	Nosze główne wraz z transporterem	1		
3.	Stół medyczny pod nosze główne	1		
4.	Ssak elektryczny	1		
5.	Przenośny ogrzewacz płynów	1		
6.	Pulsoksymetr	1		
Wartość brutto razem				

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ (Formularz ofertowy) w powyższym zakresie.**

51. Proszę o wyjaśnienie, czy w przypadku składania oferty tylko na jedną część zamówienia, Wykonawca ma przekreślić zapisy Formularza Ofertowego dotyczące pozostałych zadań, na które oferta nie jest składana (dot. ceny, terminu realizacji) czy też należy te fragmenty Formularza Ofertowego pozostawić niewypełnione.

**Odp. W przypadku składania oferty tylko na jedną część Wykonawca może przekreślić zapisy Formularza Ofertowego dotyczące pozostałych zadań, na które oferta nie jest składana (dot. ceny, terminu realizacji), może też te fragmenty Formularza Ofertowego pozostawić niewypełnione.**

52. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu, że czas reakcji serwisu i przystąpienia do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

**Odp. Zamawiający wskazuje, że powyższy zapis wprowadzi do Umowy jako ust. 6 § 10.**

53. Zgodnie z art. 455 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o dodanie do katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający w §12 wzoru umowy następujących przesłanek zmiany umowy:

- zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- zmiany sposobu/terminów płatności;
- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

**Odp. Zamawiający zawarł katalog zmian w § 12 Projektu Umowy oraz ogłoszeniu o zamówieniu.**



54. W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów, stanowiących standardowe rozwiązanie przyjęte w obrocie gospodarczym:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Dostawcy przez Odbiorcę z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy Projektu Umowy bez zmian.**

55. Prosimy o dopuszczenie zawarcia umowy w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy Projektu Umowy bez zmian.**

56. W przypadku wyrażenia zgody na zawarcie umowy w formie elektronicznej prosimy o usunięcie §14 projektu umowy i dodanie do projektu umowy zapisów wskazanych poniżej:

#### **“§ \_\_ Zawiadomienia**

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

- 1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
- 2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

**Strona:**

**Adres e-mail:**

Wykonawca

Zamawiający

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

- 1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;
- 2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przestania. W przypadku przestania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);
3. Strony zobowiązują się do przestania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiegokolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone.





Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

**§ \_\_\_ Postanowienia końcowe**

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania: 1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;  
2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie wyboru formy elektronicznej: 1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:  
Zamawiający : \_\_\_\_\_, Wykonawca: \_\_\_\_\_;
- 2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przestania, w przypadku przestania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarcia niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.
4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.
5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.
7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przestanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy Projektu Umowy bez zmian.**

57. Prosimy o dodanie do wzoru umowy postanowienia o poniższej treści:

**§ \_\_\_ Siła wyższa**

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:
  - a) epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;
  - b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
  - c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;



- d) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;
- e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.
2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.
3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.
5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.
6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiegokolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.
8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy Projektu Umowy bez zmian.**

58. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
- „1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: <http://>\*
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy Projektu Umowy bez zmian.**

59. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie [www](http://www.szpital-mragowo.pl) pod następującym linkiem (\*\*).
2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy Projektu Umowy bez zmian.**



60. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
  - 1) ustnie:
    - a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
    - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
  - 2) w formie pisemnej:
    - a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.
    - b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
  - 3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxx.
3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, postańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
  - 1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  - 2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  - 3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
  - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
  - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy Projektu Umowy bez zmian.**

61. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu:

- a) zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;



- b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 (c) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przez naruszeniem korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
- d) jak również –w przypadku wyrażenia zgody – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę).

Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxxxxx, która wyznaczyła Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679.

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.

Kontrahent oświadcza, że (proszę o zaznaczenie właściwej rubryki):

wyraża zgodę

nie wyraża zgody

na przetwarzanie przez Spółkę Danych Osobowych w celach marketingowych oraz przekazywanie/ przesyłanie przez Spółkę informacji marketingowych, w tym informacji handlowych (proszę o zaznaczenie właściwej rubryki):

telefonicznie

za pośrednictwem poczty elektronicznej

za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS ”

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy Projektu Umowy bez zmian.**



**Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SWZ:**

**1. W Załączniku nr 5 do SWZ/Zadanie nr 2 i 3 dokonuje się zmiany zapisów § 7 ust. 2 oraz § 8, którym nadaje się brzmienie:**

**„§ 7**

2. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada ~~Wykonawca~~ Dostawca.

**§ 8**

~~Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie podlegają cesji.~~

Strony ustalają, że Dostawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę.”

Prezes Zarządu  
Brygida Schlueter-Górska