



Mragowo, dnia 17.05.2021r.

NZ/3/21

Do wiadomości
uczestników postępowania

W odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dotyczące treści dokumentacji postępowania na „Dostawa żywienia dojelitowego” Szpital Mragowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. odpowiada jak niżej:

1. Czy Zamawiający w załączniku nr 2 w pozycji 12 miał na myśli Transition Connector to ENLock/Funnel tube 6x5szt? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający ma na myśli asortyment spełniający wymagania określone w dokumentacji postępowania w łącznej ilości 600 szt.

2. Czy Zamawiający w załączniku 2 w pozycji 15 wymaga zgłębnika wykonanego z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający wymaga asortymentu spełniającego wymagania określone w dokumentacji postępowania.

3. Czy Zamawiający w załączniku w pozycji 17 wymaga zestawu do pompy, zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odp. Zamawiający wymaga zestawu do podaży żywienia dojelitowego przy pomocy posiadanych przez Zamawiającego pomp Flocare Infinity, łączącego opakowanie diety typu worek/butelka ze zgłębnikiem.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Przedstawione powyżej wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej Szpitala – www.szpital-mragowo.pl.
Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Brygida Schlueter-Górska